

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o předání a převzetí přístroje do provozu

Níže uvedené strany tímto v souvislosti se zařízením uvedeným níže a stanoveným v Kupní smlouvě (CZ/991) ze dne 25.9.2013

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150.30 Praha 5

a

Philips Česká republika s.r.o., Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8

prohlašují, že oddělení Philips Healthcare společnosti Philips ČR s.r.o. provedlo (i) instalaci a školení řídicího personálu přístrojového zařízení na pracovišti Hybridního operačního sálu Nemocnice Na Homolce a že daný přístroj (ii) je kompletní a způsobilý řádného provozu na základě provozní zkoušky provedené za přítomnosti níže podepsaných zástupců a je připraven k [prvnímu] použití na pacientech.

Přijímací osoba/uživatel přístroje byl informován o tom, že nesmí výše uvedený přístroj uvést do provozu, dokud neobdrží povolení k jeho provozu.

Jakékoli možné menší nedostatky jsou uvedeny níže. Společnost Philips nadále nese odpovědnost za jakékoli nedodané smluvně dohodnuté položky.

Záruční doba **24 měsíců** započne dle podmínek výše uvedené smlouvy ke dni podpisu tohoto protokolu.

Seznam zařízení:

Popis	Typ	Výrobce	Mezinárodní číslo Philips/WBS prvek	Výrobní číslo
Mobilní angiografický komplet pro intervenční kardiologii Allura Xper FD 20		Philips	6600195288	9

Příslušenství:

- Injektor kontrastní látky Mark 7 Arterion, výrobce Medrad, v.č. 3034671 / 100380
- Motorizovaný závěs pro 56" monitor Modutec Power, výrobce Maquet, v.č.
- Závěs pro dva monitory 19" Satellite media, výrobce Maquet, v.č.
- Závěs pro Pb štít Satellite media, výrobce Maquet, v.č.
- Závěs pro bodové operační světlo Lucea LED, v.č.
- UPS VT 20 kVA 400 V, výrobce APC, v.č. SPS1341330950

Zařízení Allura Xper FD 20 C je dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazeno do kategorie významných zdrojů, a dle zákona č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spadá do klasifikace třídy IIb.



Philips Česká republika s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, Tel +420 233 099 400 Fax +420 233 099 401 www.philips.cz

Společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 38206.

Bankovní spojení: Citibank Europe plc., org.složka, Praha 5, účet: 2028401008/2600

Předavací protokol v1_26112012

Dle Kupní smlouvy byla předána následující dokumentace:

- Uživatelská a servisní dokumentace
- Potvrzení o shodě
- Příručka pro uživatele v českém jazyce (předána během školení personálu) + přiložené CD
- Zpráva o první kontrole elektrotechniky

Školené osoby: viz příloha

Obě strany shodně potvrzují, že osoby uvedené na přiloženém protokolu o školení byly řádně proškoleny v souladu s dodanými příručkami pro uživatele přístroje (a jeho částí), a že byly seznámeny s informacemi týkajícími se bezpečného používání přístroje při poskytování zdravotní péče.

Potvrzujeme, že v případě potřeby mohou poskytnout případné další pokyny, školení týkající se provozu, pravidelné a denní údržby definované v příručce pro uživatele či pokyny týkající se pravidelné denní údržby výše uvedeného přístroje (v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., § 21, §22).

Poznámky:

Měření přejímací zkoušky bylo provedeno přímo objednatelem / nemocnicí.

Na žádost uživatele byly dodány speciální držáky ke
stolu v počtu 6 kusů a druhý ovladač modul ISO.