



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

Dodávka nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

Datum vyhlášení: 10. 1. 2021

Evidenční číslo: VZ01/2021

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávky nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“ jsou dodávky nočních stolků s jídelní deskou dle této technické specifikace po dobu 24 měsíců.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zboží a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty ve sloupci „C“, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít – účastníci uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).

A	B	C	D
Název zařízení, subsystému, fyzikálně-technické vlastnosti	Popis	Požadovaná hodnota	Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE



Název			ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV
Technická specifikace	noční stůl s jídelní deskou		
	kovové provedení, jednoduše čistitelná konstrukce stolku	ANO	ANO/NE
	pojízdný, na kolečkách, min. 2 kolečka brzditelná	ANO	ANO/NE
	oboustranný	ANO	ANO/NE
	stabilní	ANO	ANO/NE
	odolná (HPL nebo ABS) horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů	ANO	ANO/NE
	integrována plynule výškově stavitelná jídelní deska s plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání	ANO	ANO/NE
	rozměry jídelní desky vhodné pro standardní ták s jídelm (53 x 34 cm – vnitřní rozměr), nosnost jídelní desky min. 7 kg	ANO	ANO/NE
provedení stolku – nahoře zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách nebo lištách, uprostřed police, dole uzamykatelná skříňka s dvířky	ANO	ANO/NE	
barva	bílá	ANO/NE	

Instalace	veškeré stěhovací služby součástí dodávky	ANO	ANO/NE
	kompletní instalace, uvedení zařízení do provozu	ANO	ANO/NE
Návod k obsluze	návod k obsluze (v ČJ) k nabídce	přiložit k nabídce	ANO/NE
CE certifikát	CE certifikát k nabídce / ES Prohlášení o shodě	přiložit k nabídce	ANO/NE
Prospekty přístroje	prospekt či podrobná dokumentace k nabídce, datový list apod.	přiložit k nabídce	ANO/NE
Servis	délka záruky	24 měsíců	ANO/NE
	po dobu záruky zdarma	ano, včetně všech náhradních dílů	HODNOTA
	kontakt na autorizovaný servis v ČR, který bude provádět servis zařízení	uvést kontakt	HODNOTA



	uvést dobu pro odstranění vady od nahlášení	max. do 30 dnů	HODNOTA
--	---	----------------	---------

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.

V Nymburce dne 13. 1. 2021

Ing. Barbora Šimůnková