



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2021-000207 s názvem:

„Turnikety“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 5ks turniketů pro operaci v bezkrví pro Centrální operační sály (2ks) a pro Ortopedickou kliniku (3ks) včetně provedení zaškolení personálu. Bližší specifikace dle minimálních technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku turniketů je 300 000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 36 000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

3. Technická specifikace

- Přístroj musí mít alespoň jeden výstup pro manžetu.
- Dodávka přístrojů se může skládat z kombinace pneumatických i elektrických turniketů
- V případě připojení do centrálního rozvodu vzduchu musí přístroj splňovat následující požadavky. Přístroj musí umět pracovat se vstupním tlakem (provozní tlak) 0,2-1 MPa (2-10 bar) a součástí každého přístroje musí být 1ks minimálně 4m dlouhé tlakové hadice pro připojení do centrálního rozvodu vzduchu (terminální jednotka) zakončené rychlospojkou, která musí být kompatibilní s centrálním rozvodem vzduchu ve FN Olomouc, kde se používají rychlospojky od firmy Daniševský. Přístroj musí při výpadku energie automaticky přepnout do manuálního režimu.
- V případě síťové napětí 230V/50Hz musí mít přístroj záložní baterii v případě výpadku napájení.
- Přístroj musí mít regulovatelný výstup s rozsahem minimálně 80 – 500 mmHg s krokem maximálně po 5 mmHg.
- Přístroj musí mít regulátor tlaku s přesností minimálně 10 mmHg.
- Přístroj musí mít vypouštěcí ventil pro kontrolu krvácení.
- Přístroj musí mít ukazatel aktuálního tlaku v manžetě.
- Přístroj musí mít funkci měření operačního času (čas po nafouknutí manžety).
- Přístroj musí mít připojení prodlužovacích hadiček s rychlospojkou.
- Všechny typy manžet musí mít rychlospojky pro jednoduché a rychlé připojení/odpojení.
- Přístroj musí při výpadku napájení udržet nastavenou hodnotu tlaku v manžetě. Pokles za 5 min nesmí být vyšší než 30mmHg.
- Dodané příslušenství musí být kompatibilní s dodaným přístrojem.

Součást dodávky



- Součástí každého přístroje musí být 1ks prodlužovací hadičky o délce minimálně 2,5m
- Součástí každého přístroje musí být 1ks opakovaně použitelné jednokomorové manžety na paži (dospělý).
- Součástí každého přístroje musí být 1ks opakovaně použitelné jednokomorové manžety na stehno (dospělý).
- Součástí každého přístroje musí být 1ks opakovaně použitelné jednokomorové manžety dětské.
- Součástí každého přístroje musí být 1ks opakovaně použitelné autoklávovatelné jednokomorové manžety na paži (dospělý).
- Součástí každého přístroje musí být pojízdný stojan, na kterém bude přístroj umístěn.
- Součástí každého stojanu musí být košík pro uložení příslušenství.

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Centrální operační sály a Ortopedická klinika
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 04/2021

5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 23. 3. 2021 do 10:00 hodin.

Nabídku podávejte elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady a náklady na případnou další instruktáž). Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.



7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Účastník doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také účastník vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb *Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.*

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním jednat jménem účastníka uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je účastník zapsán. Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka účastníka hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplněnou tabulku Příloha č. 4 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity),
- ✓ certifikát servisního technika vystavený výrobcem v českém jazyce,
- ✓ certifikát školitele vystavené výrobcem v českém jazyce (zdravotnické prostředky),
- ✓ technickou specifikaci výrobků (produktový/technický list, návod) s vyznačenými údaji požadovanými v zadání pro kontrolu parametru

5. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
.....
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 – Informace k elektronickému podání nabídek