



VZMR/0031/21

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Spektrometr (Záchrana pokladů z depozitářů)“

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah:

| | | |
|------|--|----|
| 1. | ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI | 3 |
| 1. | KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELE A DODAVATELEM | 3 |
| 2. | VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | 3 |
| 3. | PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY | 6 |
| 4. | MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | 6 |
| 5. | TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | 6 |
| 6. | POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE | 6 |
| 7. | VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE | 6 |
| 8. | POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ÚČASTNÍKA | 7 |
| 9. | OBNOVENÍ ZPŮSOBILOSTI ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ | 8 |
| 10. | PODDODAVATELÉ | 8 |
| 11. | HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM | 8 |
| 12. | POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | 9 |
| 13. | PODMÍNKY PRO ZMĚNU NABÍDKOVÉ CENY | 9 |
| 14. | PLATEBNÍ PODMÍNKY | 9 |
| 15. | OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY | 10 |
| 16. | LHŮTA, ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK | 10 |
| 16.1 | POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE | 10 |
| 16.2 | ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK | 11 |
| 17. | ČLENĚNÍ NABÍDKY | 12 |
| 18. | OTEVÍRÁNÍ ELEKTRONICKÝCH NABÍDEK | 12 |
| 19. | DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE | 12 |
| 20. | OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KROMĚ ZADAVATELE | 13 |

Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace
3. Závazný návrh kupní smlouvy
4. Soupis dodávek a technická specifikace

1. Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele : Liberecký kraj
Sídlo : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČ : 70891508
profil zadavatele : <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckyokraj>

Kontaktní osoby

| | | |
|----------|---|---|
| 1. Jméno | : | Ing. Stanislav Jäger |
| Funkce | : | projektový manažer, oddělení projektů financovaných z ESI fondů |
| E-mail | : | stanislav.jager@kraj-lbc.cz |
| Telefon | : | +420 485 226 665 |
| 2. Jméno | : | Ing. Vladimíra Zítková |
| Funkce | : | oddělení veřejných zakázek KÚ LK |
| E-mail | : | vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz |
| Telefon | : | + 420 485 226 616 |

2. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude analogicky dle § 211 odst. 3 zákona probíhat elektronickými prostředky a to přednostně prostřednictvím nástroje Tender arena (www.tenderarena.cz). Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v článku 16.1 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky

3.1 Popis veřejné zakázky

Dle ustanovení § 27 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„Spektrometr (Záchrana pokladů z depozitářů)“

Druh veřejné zakázky: Dodávky

3.2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přenosného rentgenového fluorescenčního spektrometru (XRF), tj. ručního rentgenového analyzátoru s příslušenstvím pro přesnou analýzu chemického složení materiálů pro Severočeské muzeum v Liberci.

Předmětem je dodávka zboží s minimálně těmito parametry:

- Ruční bateriově napájený rentgenový přístroj pro přesnou prvkovou kvantitativní analýzu vzorků
- Požadované měřicí módy a kalibrované prvky (Přístroj musí být dodán plně kalibrovaný pro všechny níže uvedené prvky - od detekčního limitu až do 100 %:
 - Kovy a slitiny z hlediska prvků: Al, Mg, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Pt, Au, Hg, Pb, Bi
 - Mód pro obecnou detekci prvků v lehké matici kalibrovaný minimálně z hlediska prvků: Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Ta, W, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U, La, Ce, Nd, Pr, Ba

- Mód pro analýzu drahých kovů a jejich slitin z hlediska obsahu prvků: Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, W, Ir, Pt, Au, Hg, Pb, Bi. Je požadováno, aby mód pro analýzu drahých kovů obsahoval **funkci automatické detekce galvanického pozlacení**.
- SDD detektor s **GRAPHENE okénkem** umožňující provádění analýz všech měřených prvků bez hélia či vakua
- Rozlišení detektoru $\leq 137\text{eV kaMn}$ při min 70tis pulzech
- Maximální napětí RTG lampy 50kV
- Výkon RTG lampy $\geq 4\text{ W}$
- Anoda RTG Lampy: Ag
- Minimálně fyzických 8 předřadných filtrů rentgenky s automatickou mechanickou rotací před rentgenkou dle zvolené kalibrace a fáze testu
- Odolnost proti vodě a prachu minimálně dle IP 54
- Integrovaná GPS a automatické ukládání polohy k výsledkům
- Průběžné zobrazení aktuálního detekčního limitu pro všechny kalibrované prvky u každého měření automaticky
- Rozsah pracovních teplot přístroje pro kontinuální práci od -10°C do 50°C
- Odolnost vůči pádu přístroje dle **MIL-810-G** (doložení videem z testu)
- Ochrana detektoru automatickým mechanickým zaklopením
- Hmotnost přístroje max. 1,5kg
- Požadavek na 2 kamery přístroje s možností tisku fotek přímo na atestu:
 - 1x Požadavek na integrovanou přídatnou panoramatickou kameru min 5Mpixel pro focení vzorků / měřených oblastí a automatickou fokusací / zaostřením. Je požadováno uložení fotografie spolu s výsledkem měření a tisk na atestu analýzy. Tato kamera musí umožnit rovněž čtení čárových kódů a QR kódů
 - 1x Integrovaná FULL VGA kameru v sondě přístroje pro zobrazování a zaměření místa měřeného vzorků s vyznačením měření oblasti červeným kruhem. Je požadováno uložení fotografie měřeného místa spolu s výsledkem měření a tisk na atestu analýzy
- Přístroj musí mít integrovaný digitální barometr pro zajištění dlouhodobé správnosti výsledků. Je požadováno, aby přístroj automaticky za pomoci vestavěného digitálního barometru při každém měření plně automatizovaně bez zásahu uživatele provedl korekci na aktuální barometrický tlak. Požadavek na automatické uvedení tlaku u každého měřeného výsledku v mbar.
- minimální velikost displeje 4,1” a minimální rozlišení displeje 800x480 pixelů pro zobrazení co nejvíce prvků na displeji
- **Fokusace** – umožňující stiskem na displeji zmenšit měřenou plochu na průměr 3mm a zpět na plnou velikost - kontrola bude provedena přes fluorescenční terčík. Je požadováno, aby fokusace umožňovala i analýzu lehkých prvků Al, Mg, Si, P a S. Fokusaci musí být možné uživatelsky zapnout ve všech měřících módech.
- Možnost uživatelských kalibrací ve všech měřících módech
- Zapnutí přístroje do 30 vteřin
- Požadovaný operační systém přístroje: Linux
- Možnost individuálního (vzájemně nezávislého) nastavení délky času pro těžké prvky a lehké prvky
- Součástí dodávky min. 2 baterie, nabíječka pro současné nabíjení obou baterií, kufr, USB kabel, možnost snadného tisku výsledků, adapter pro nabíjení baterií musí být kompatibilní s přímým napájením přístroje

- Analytický stativ o vnitřním rozměru vzorkové komory minimálně šířka 17 cm, hloubka 17 cm a výška 10 cm
- Možnost výměny baterie za chodu přístroje bez nutnosti vypnutí s možností okamžitého pokračování s indikací stavu nekonečného kapacitoru při vyjmutí baterie
- Okamžité zobrazení výsledku po startu analýzy (do 1 vteřiny od stisku spouště) a průběžnou okamžitou aktualizaci
- Ovládací software spektrometru musí být plně v češtině s možností uživatelského přepnutí do dalších jazyků
- Přístroj musí mít HW klávesnici pro ovládání přístroje (minimálně kurzorové klávesy, Enter a Esc)
- Požadavek na automatický mechanismus vnitřní kalibrace bez potřeby přikládání ke vzorku či standardu
- Požadavek na možnost přímého ukládání výsledků na USB klíč bez nutnosti připojení k PC
- SW pro PC umožňující komfortní offline management výsledků, tisky, třídění, filtrování, práci se spektry, včetně dekonvolucí, matematických operací se spektry, ...
- Wifi přenos dat + přenos obrazovky do chytrých telefonů Android + iOS (aplikace musí být zdarma k dispozici na Google Play a App Store).
- Tovární záruka minimálně 36 měsíců od dodání
- Součástí dodávky musí být software pro komfortní vyhodnocení spekter včetně možnosti překrývání spekter, zoomu, ukládání ve vektorovém formátu EMF, vyhledávání a filtraci

V rámci dodávky spektrometru musí být:

- dodán certifikát o metrologické návaznosti kalibrací
- provedena instalace a zaškolení obsluhy v rozsahu 1 pracovního dne (tj. řádné proškolení obsluhy týkající se bezpečnosti práce při měření a manipulování se spektrometrem)
- zajištění autorizovaného servisu v České republice

Přílohu č. 4 tvoří excelovský soubor, kde vyplní účastník jednotkovou cenu za kus bez DPH, přesný název výrobku a výrobce (obchodní značku) a technické parametry nabízeného zařízení a vybavení, informace o účastníkovi a výši DPH (žlutá pole). Ostatní pole jsou úpravám uzamčena.

Cena za zboží musí obsahovat veškeré související výdaje jako např. doprava, clo, instalace zařízení a software, uvedení do provozu, zaškolení (způsob používání, běžná údržba), doložení certifikátů apod.

3.2.1 Kvalitativní parametry

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace musí splňovat české normy a zákonné předpisy, zároveň se musí jednat o nové, nikoliv použité, zařízení. Analogicky dle § 90 odst. 3 zákona zadavatel uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení.

3.3 Informace o projektu

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace zakázky je financována v rámci projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“ – registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007912, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), dále jen „projekt“. Dodavatel se musí řídit povinnostmi stanovenými v této zadávací dokumentaci a kupní smlouvě, které se týkají IROP. Případné jejich neplnění může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.

4. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činí **624.000 Kč bez DPH**.

Nabídková cena nesmí překročit částku 624.000 Kč bez DPH.

Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude to důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

5. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je budova Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01 Liberec, kde proběhne převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení pověřené osoby.

6. Termín plnění veřejné zakázky

Termín plnění veřejné zakázky je stanoven na 8 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to včetně dopravy na místo, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Předpokládaný termín plnění této veřejné zakázky je odhadován do 30. 6. 2021.

7. Poskytnutí zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj>.

8. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení, změna či doplnění bude uveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj>

Kontaktní osobou je:

Jméno : Ing. Vladimíra Zítková
Funkce : oddělení veřejných zakázek KÚ LK
e-mail : vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz
Telefon : + 420 485 226 616

9. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka

Účastník může analogicky dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení analogicky dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 Výzvy.

9.1 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části Výzvy.

9.2 Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona

Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení, aby účastníci o veřejnou zakázku splňovali základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona.

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 - aa) je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:
 - i. tato právnická osoba,
 - ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
 - ab) účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
 - i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 - ii. české právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky závodu
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

9.3 Profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona

Účastník splňuje profesní způsobilost:

analogicky dle § 77 odst. 1 zákona:

- výpisem z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

9.4 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii.

Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilost analogicky dle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

10. Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení

Účastník výběrového řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti analogicky dle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil svou způsobilost k účasti ve výběrovém řízení, pokud v průběhu výběrového řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník výběrového řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

Nápravnými opatřeními mohou být zejména

- a) uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
- b) úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,
- c) aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
- d) přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti nebo pochybením.

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka výběrového řízení považuje za dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo jiného pochybení.

Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka výběrového řízení byla obnovena, z výběrového řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka výběrového řízení zruší.

11. Poddodavatelé

Zadavatel neomezuje využití poddodavatelů.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria analogicky podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob (poddodavatelé). Dodavatel je v takovém případě povinen poddodavatele identifikovat v prohlášení ke splnění kvalifikace – viz příloha č. 2 Výzvy. Takový poddodavatel musí splňovat chybějící části kvalifikace a jako přílohu prohlášení předložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

V případě nejasností může zadavatel resp. předseda hodnotící komise vyžádat objasnění nebo doplnění údajů či dokladů.

12. Hodnotící kritérium

Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 114 odst. 2 zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria rozhodná pro hodnocení nabídek.

13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto Výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách.

Nabídková cena bude zpracována formou ocenění jednotlivých položek v příloze č. 4 této Výzvy v členění bez DPH a včetně DPH. Účastník vyplní pouze jednotkovou cenu za kus v Kč bez DPH. Další pole jsou editací uzamčena.

Celková nabídková cena bude tvořena jako součet částek za jednotlivé položky a bude rovněž uvedena v závazném návrhu smlouvy v členění bez DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Součástí nabídkové ceny je i doprava, clo, instalace zařízení a software, uvedení do provozu, zaškolení (způsob používání, běžná údržba), doložení certifikátů apod. a případně další náklady související s předmětnou činností.

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

14. Podmínky pro změnu nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje analogicky dle § 222 zákona.

15. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude uhrazena po dodání zboží za předpokladu, že zboží bude akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající ze smlouvy, tj. zejména předání zboží, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- název a registrační číslo projektu: „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“ – r. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007912,
- den uskutečnění plnění,
- označení smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, bude objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).

Podrobně jsou platební podmínky upřesněny v závazném návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 této Výzvy.

16. Obchodní podmínky – návrh smlouvy

Účastník jako součást nabídky předloží návrh kupní smlouvy. Závazný návrh textu je uveden v příloze č. 3 Výzvy.

Návrh kupní smlouvy účastník **doplňuje zejména o tyto údaje:**

- vlastní identifikaci účastníka (zhotovitele)
- číslo účtu zhotovitele pro platby faktur
- zástupce a kontaktní osobu na straně zhotovitele
- nabídkovou cenu

Návrh kupní smlouvy **musí být podepsán** osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.

Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu smlouvy nesmí účastník měnit ani další doplňovat.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má účastník možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek.

17. Lhůta, způsob podání a zpracování nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem zahájení výběrového řízení a **končí dne 23.4.2021 v 10:00 hodin.**

17.1 Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje

Zadavatel stanovuje, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě analogicky dle § 107 odst. 1 zákona.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, *.pdf, *.jpeg, *.gif nebo *.png.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě

- a) Pro podání žádosti o účast v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

- b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání žádosti o účast disponovat osobním počítačem s nainstalovaným internetovým prohlížečem, připojeným k síti Internet (minimální technické požadavky na osobní počítač, konektivitu k internetu a internetový prohlížeč jsou blíže uvedeny v návodu na použití elektronického nástroje – odkaz „Nápověda“ v prostředí elektronického nástroje).
- c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání žádosti o účast registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- d) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
- e) Zadavatel nenes odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
- f) Veřejný klíč k zašifrování nabídky je uveřejněn na profilu zadavatele a bude automaticky použit při podávání nabídky ze strany dodavatele (není tedy nezbytné jej stahovat a znovu vkládat do el. nástroje při podání nabídky).

17.2 Zpracování nabídek

Součástí nabídky bude elektronická podoba návrhu smlouvy v otevřeném (editovatelném) formátu. Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě a v příloženém návrhu smlouvy.

Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou součástí podané nabídky.

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni komunikovat výlučně elektronicky analogicky dle § 211 zákona prostřednictvím elektronického nástroje, datové schránky a případně datové zprávy (email). **K podání nabídky je účastník povinen využít výhradně elektronický nástroj Tender Arena.**

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků.

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v ZD, nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.

18. Členění nabídky

Účastník předloží nabídku v následujícím členění:

- A. Formulář nabídky – **viz příloha č. 1**
- B. Návrh „Kupní smlouvy“ včetně příloh – **viz příloha č. 2**
- C. Přílohy (nepovinné).

Pokud bude nabídka podána jinak než prostřednictvím elektronického nástroje, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.

19. Otevírání elektronických nabídek

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne analogicky dle § 109 zákona.

Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

20. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek,
- požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů
- ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám

Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny.

Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení, se zpracováním a podáním nabídky.

Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel takového účastníka vyloučí. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky výběrového řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo níže uvedený okruh informací, který bude účastníky poskytnut v průběhu výběrového veřejné zakázky, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení zejména na webových stránkách kraje, profilu zadavatele, webových stránkách poskytovatelů dotací a případně dalších webových stránkách souvisejících s realizací veřejné zakázky. Informacemi, ke kterým si zadavatel vyhrazuje právo na jejich uveřejnění dle výše uvedeného, jsou: identifikační údaje účastníků, nabídkové ceny účastníků a další údaje nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídek. Ukončením výběrového řízení nezaniká zadavateli právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky berou účastníci na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu výběrového řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem.

21. Osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace kromě zadavatele

Severočeské muzeum v Liberci – předmět VZ (David Lejsek DiS., vedoucí konzervátorského oddělení, restaurátor)

BAS Rudice s.r.o., U vodárny 1, 678 01 Blansko - konzultace k technické specifikaci

Liberec 7.4.2021

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána