



## Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2021-000823 s názvem:

### „Aktivní antidekubitní matrace“

#### 1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892  
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: [pavel.dockal@fnol.cz](mailto:pavel.dockal@fnol.cz)

#### 2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 29 kusů nových, nerepasovaných a nepoužívaných aktivních vzduchových antidekubitních matrací s pěnovým jádrem a kompresorem pro prevenci a léčbu dekubitů - 10 ks pro II. interní kliniku (II.IK), 7 ks pro odd. geriatrie (GER), 8 ks pro Neurologickou kliniku (NEUR), 4 ks pro Hemato-onkologickou kliniku (HOK) Fakultní nemocnice Olomouc.

Specifikace předmětu zakázky je patrná z této výzvy k podání nabídky a přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnut i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah  $\pm 10\%$  (neplatí pro parametry označené symbolem \*)

V případě, že součásti předmětu plnění uvedené v nabídce nebudou splňovat minimální technické podmínky stanovené zadávací dokumentací, nebude nabídka zařazena do hodnocení nabídek.

#### 3. Specifikace

- 29 kusů nových, nerepasovaných a nepoužívaných aktivních vzduchových antidekubitních matrací s pěnovým jádrem a kompresorem pro prevenci a léčbu dekubitů (10x II. IK, 8x NEUR, 7x GER, 4x HOK)
- 25 ks aktivní antidekubitní matrací o rozměru 85 x 210 cm (II. IK, GER, NEUR) \*
- 2 ks aktivní antidekubitní matrací o rozměru 85 x 200 cm (HOK) \*
- 2 ks aktivní antidekubitní matrací o rozměru 90 x 200 cm (HOK) \*
- aktivní antidekubitní matrace musí mít maximální výšku 16 cm \*
- aktivní antidekubitní matrace musí být určeny pro prevenci rizika vzniku a léčbu dekubitů minimálně IV. stupně dle EPUAP
- aktivní antidekubitní matrace musí mít rozměry odpovídající rozměrům ložné plochy lůžka, které jsou uvedeny výše, a s maximální výškou 16 cm
- aktivní antidekubitní matrace musí mít minimální nosnost 200 kg
- aktivní antidekubitní matrace musí být plnohodnotnou matrací určenou pro uložení přímo na rošt postele (nikoliv podložka)
- aktivní antidekubitní matrace musí být tvořeny horní aktivní vzduchovou vrstvou a spodní vrstvou ze studené pěny
- aktivní antidekubitní matrace musí mít zcela automatické nastavení hodnot tlaku v matraci bez nutnosti nastavení hmotnosti ležícího pacienta či jiných hodnot obslužným personálem
- aktivní antidekubitní matrace musí automaticky vyhodnotit a nastavit parametry pro optimalizaci tlaku v jednotlivých vzduchových válcích (celách) za účelem dosažení co nejlepších výsledků léčby dekubitů



- aktivní antidekubitní matrace musí mít dynamický režim
- aktivní antidekubitní matrace musí mít možnost volby délky alternujícího (dynamického) cyklu, přičemž musí mít výběr minimálně ze čtyř různých nastavení
- aktivní antidekubitní matrace musí mít pulzní a střídavý režim
- aktivní antidekubitní matrace musí mít pulzní režim pro snížení špičkových tlaků v matraci
- aktivní antidekubitní matrace musí mít statický režim kontinuálně nízkého tlaku
- aktivní antidekubitní matrace musí mít automatické nastavení režimu pro polohu pacienta v sedu až do minimálně +80° bez nutnosti nastavení funkce obslužným personálem
- aktivní antidekubitní matrace musí mít funkci pro dodatečné odlehčení pat pomocí odpojení příslušných válců (cel) nebo skosením části matrace v oblasti spodní části dolních končetin (oblast pat)
- aktivní antidekubitní matrace musí mít transportní režim s udržením tlaku v matraci po dobu až 12 hodin bez možnosti napájení z elektrické sítě
- aktivní antidekubitní matrace musí mít funkci zvýšené tvrdosti pro poskytování péče personálem
- aktivní antidekubitní matrace musí mít funkci CPR pomocí konektoru přímo u kompresoru, nikoliv na těle matrace
- aktivní antidekubitní matrace musí mít kompresor s napájením o bezpečném, nízkém napětí pomocí adaptéru nebo přímo z elektrické sítě 230V
- aktivní antidekubitní matrace musí mít zvukový a optický alarm s funkcí odložení / ztlumení výstražného signálu
- aktivní antidekubitní matrace musí mít kompresor s tichým chodem a bez vibrací, přičemž hlučnost kompresoru z pozice obsluhy musí být maximálně do 20 dB (A) \*
- aktivní antidekubitní matrace musí mít kompresor s polstrovanými závěsnými háky na čelo lůžka
- aktivní antidekubitní matrace musí být vybaveny krycí kapsou na napájecí kabel
- aktivní antidekubitní matrace musí mít samostatně vyměnitelné vzduchové válce (cely)
- aktivní antidekubitní matrace musí mít samostatně vyměnitelný potah jako náhradní díl
- aktivní antidekubitní matrace musí mít pružný, snímatelný potah, s uzávěrem ze tří stran krytým proti zatečení
- potah aktivní antidekubitní matrace musí být nepropustný kapalinám, voděodolný, prodyšný vodním páram
- potah aktivní antidekubitní matrace musí být pratebný při teplotě minimálně +95 °C
- materiál potahu aktivní antidekubitní matrace musí být vyroben bez použití PVC
- materiál potahu aktivní antidekubitní matrace musí být odolný běžným dezinfekčním prostředkům včetně dezinfekčních přípravků na bázi chlóru s koncentrací do 1%
- minimální garantovaná životnost antidekubitní matrace v nemocničním provozu musí být 5 let
- aktivní antidekubitní matrace musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém jsou deklarovány jako zdravotnický prostředek

#### Součást dodávky

- 6 kusů náhradního potahu matrace pro matraci o rozměru 85 x 210 cm

#### Pravidelné prohlídky, servis a instruktáz

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

#### Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
- Životnost přístroje minimálně 8 let



4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika (II.IK), Oddělení geriatrie (GER), Neurologická klinika (NEUR), Hemato-onkologická klinika (HOK)

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 09/2021

5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 31.8.2021 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:  
[www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fno](http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fno)).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů (pravidelné servisní náklady a modelové servisní náklady na dobu předpokládané životnosti zařízení (8let) a náklady na případnou další instruktáž). Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč vyhotoví přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění *a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu* k provedení servisu v rámci pravidelných preventivních prohlídek.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplňenou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplňenou tabulku v příloze č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek,
- ✓ technickou specifikaci výrobku (katalogový/produktový list, návod k použití atpod.) s údaji požadovanými v zadání ke kontrole plnění parametrů
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic včetně prostého překladu v českém jazyce,
- ✓ certifikát servisního technika vystavený výrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce,
- ✓ certifikát školitele vystavený výrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce (zdravotnické prostředky).



9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek
- ✓ Cenová nabídka bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáz.
- ✓ Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.
- ✓ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.

Ing. Čeněk Merta, MBA  
obchodní náměstek  
Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA  
obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®

I.P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny  
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy  
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb  
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek  
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek